

ESD BİLEKLİK ve AYAKKABI TEST İSTASYONU

Bu cihaz, personelin topraklanmasında kullanılan bileklik, topuk bandı ve ayakkabı testinde kullanılır IEC 61340-5-1 standardında belirtilen ölçüm aralıklarına göre tasarlanmıştır, sağ ve sol ayakkabıları ayrı ayrı test edebilir. Cihazımız hassasiyet ayarını otomatik olarak yapar ve test voltajını 50V veya 100V ayarlar. Test sonuçları sesli ve LED ışık göstergesi ile belirtilir, cihaz üzerinde bulunan kuru kontak sayesinde sensörlü kapı veya turnike veya elektronik kilitli kapıların açılmasını sağlayabilirsiniz

Ürün; Üretici kalibrasyon sertifikası, Türkçe kullanım kitapçığı ve ISO9000 kalite sertifikası ile birlikte satılmaktadır. Ayrıca duvar panosu da Türkçe hazırlanmış olup, testlerin nasıl yapılacağını anlatmaktadır.

Dört Test Modeli Cihaz Üzerindeki Klavyeden Ayarlanabilir

Sadece bileklik testi yapılabilir (4mm, 10mm çaplı)

Sadece ayakkabı testi yapılabilir (Her ayakkabı ayrı ayrı)

Bileklik ve ayakkabı testi yapılabilir

Simultane ayakkabı ve bileklik testi yapılabilir

Besleme : Cihaz ile birlikte gelen 9 V pil veya dışarıdan 9-12 V besleme adaptörü ile

Bileklik Girişi : 10mm, 4mm çıt-çıt veya 4mm banana girişi

Bileklik Test Alt Limit : 0-750KOhm (Seçilebilir) – 35MOhm

Ayakkabı Alt Limit :0/100KOhm (Seçilebilir) (Tek Ayak İçin)

Ayakkabı Üst Limit :35/70/100MOhm (Seçilebilir) (Seçilebilir) (Tek Ayak İçin)

Ayakkabı Alt Limit :0/200KOhm (Seçilebilir) (Seri Halde)

Ayakkabı Üst Limit :70/140/200MOhm (Seçilebilir) (Seri Halde)

Limit Toleransları : %10

Röle Çıkışı : Max.60 V-1A-60VA

Test Voltajı : 50 V/100 V \pm 10V

Boyutlar : 156x110x54mm

Sipariş Kodları ve Aksesuarlar :

WST-1860 : Cihaz+ Duvar Plakası+ Ayak Plakası+ Kalibrasyon Sertifikası

WST-1852 : Cihaz + Ayak Plakası + Stand up + Kalibrasyon Sertifikası

